

**Протокол об итогах (вскрытие)
закупа тендера
№5**

г.Алматы, ул.Казыбек би, 115

14 час. 00 мин.
11 декабрь 2018 года

Организатор / Заказчик: ГКП на ПХВ «Станция скорой медицинской помощи»

На основании Правил организации и проведения закупки лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденными постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 (далее – Правила) ГКП на ПХВ «Станция скорой медицинской помощи» УЗ г. Алматы проводит закуп и оформляет настоящий протокол итогов закупки тендера на 2018 год.

1. Краткое описание и цена закупаемых товаров:

№ лота	Наименование	Краткая характеристика	Кол-во Ед.изм	Цена с учетом НДС за единицу
I	Комплекс передвижной неотложной медицинской помощи для линейных, кардиологических, реанимационных бригад и бригад интенсивной терапии	Колесная формула: 4X2 1. Исполнение шасси: Скорая медицинская помощь Мощность двигателя: 2198 куб. см, (125,12 л.с.) кВт 92. Колесная база: 3750 мм Рулевое управление: слева Окраска -лимонного цвета. Согласно Приказа 811 МЗ РК от 2017 г Стандартное оборудование Шины радиусом не менее R15 Наличие антиблокировочной системы (ABS) Наличие электронной системы стабилизации (ESP) Стабилизатор передней оси Система курсовой устойчивости (ESP) Усиленные амортизаторы Стальные или алюминиевые диски Крепление запасного колеса под днищем – наличие; Запасное колесо Исполнение двигателя - Евро 5 Механическая коробка передач 6-ступеней передач. Высокое исполнение крыши Наличие противотуманных фар Третий стоп-сигнал Доп. потолочные светильники в пассажирском отделе Сдвижная правая дверь с остеклением Буксировочная проушина передняя. Место для крепления троса задняя. Брызговики передние Брызговики задние Подушка безопасности водителя	12 (двенадцать единиц) комплекс	29375958,66 тенге

		Наличие полок Подогреватель двигателя Освещение выходов боковых сторон Подготовка для установки радиоприемника Аккумуляторная батарея 12 В 80 Ач Место для прикуривателя Клемная панель для подключения эл. прибора Индикатор уровня омывающей жидкости Спидометр, км Центральный замок с ДУ Генератор должен быть не более 14В/180А Специальное исполнение подвески для плохой дороги Буклет на русском языке Гидравлический домкрат Подготовка для установки автомагнитолы (антенна, кабель, 2 динамика) Зеркало заднего вида с регулировкой Электрические стеклоподъемники Комфортабельное сиденье водителя Комфортабельное сиденье пассажира (передний пассажир) Подголовник на сиденье водителя Подголовник на сиденье переднего пассажира 2. Кузов, медицинский салон. Цвет кузова автомобиля – лимонный-желтый Цветографическая оклейка автомобиля цветовозвращающим материалом согласно Приказу МЗ РК №811 от 03.11.2017 г. Термо-шумоизоляция (Полиэфир) и виброизоляция потолка, дверей и стен медицинского салона. Армирование кузова для закрепления приборов и оборудования (левый борт над столешницей). Отделка бортов и потолка медицинского салона алюминиевыми композитными панелями (устойчивыми к воздействию лекарственных препаратов и моюще-дезинфицирующих средств, имеющими гладкую поверхность, не впитывающими запахи). 3. Пол медицинского салона. Влагостойкое, антистатическое, нескользящее напольное покрытие с гидроизоляцией всех швов, устойчивое воздействию моюще-дезинфицирующих средств. Гидроизоляция швов - наличие Бордюр по нижней части боковых панелей из алюминия/нержавеющей стали, 80/100 мм. 4. Перегородка. Перегородка между кабиной и салоном с электросдвижным матированным окном 5. Остекление медицинского салона. Остекление задних распашных дверей. Остекление правой боковой сдвижной двери со сдвижным окном. Матирование 2/3 высоты стекол дверей салона. 6. Поручни, леера. Поручень при входе у боковой сдвижной двери - 1 шт. (справа)		
--	--	---	--	--

	Леер-поручень потолочный вдоль приемного устройства с двумя кронштейнами для инфузионной системы (нержавеющая сталь) - 1 шт. 7. Подножки. Боковая подножка. Задняя подножка. 8. Отопление и вентиляция. Кондиционирование. Вентиляционно-аварийный люк (стекло) в передней части салона Фильтр-вентиляционная установка ФВУ (приточно-вытяжное устройство). Отопитель салона автономный воздушный, 4 кВт Отопитель медицинского салона жидкостной, наличие 9. Освещение и электрооборудование. Общее освещение салона: потолочные светильники, 6 шт. Светильник направленного света над носилками с поворотным механизмом (споты, 4 шт.) Освещение над столешницей (2 светильника). Освещение прилегающей территории боковой сдвижной правой двери. Освещение прилегающей территории задних распашных дверей. Аккумуляторная батарея дополнительная 80 Ач с разделительным реле Розетка электрическая 12V по левому борту для питания медицинского оборудования - 3 шт. Розетка электрическая 220V по левому борту для питания медицинского оборудования - 4 шт. Преобразователь напряжения 12/220V.- 1 шт. Должна быть розетка ввода электропитания внешней сети 220В, 50 Гц в передней части левого борта, с защитой от короткого замыкания и защитой персонала от поражения электрическим током (УЗО). Кабель ввода электропитания внешней сети 220V, 15 метров в наличии 1 шт. Автоматическая система заряда аккумуляторных батарей а/м от внешней сети электропитания 220В, 50 Гц Панель управления электрооборудованием медицинского салона. 10. Система газоснабжения. Трубопровод медицинских газов для 2-х кислородных баллонов с редуктором Кронштейн крепления 2-х баллонов газовых 10 л, в наличии 1 шт. Розетка газов медицинских с быстроразъемным соединением 11. Сиденья, посадочные места. Кабина водителя: кресло водителя, кресло сопровождающего сдвоенное Кресло по правому борту медицинского салона, с 3-х точечным ремнем безопасности, складное 1 шт. Кресло поворотное в головной части носилок с 3-х точечным ремнем безопасности и откидными подлокотниками.		
--	--	--	--

		Скамья-рундук по правому борту салона с 2-х точечным ремнем безопасности. 12. Медицинская мебель, шкафы. Шкафы для медицинского оборудования со шторами-жалюзи в передней и задней части салона по левому борту. Ящик с замком в составе шкафа (5 л.). Столешница по левому борту (с отбортовкой). Полка-антресоль по левому борту со сдвижными дверцами из оргстекла. Шкаф для кислородных баллонов. 13. Акустическое и свето-сигнальное оборудование. Балка свето-акустическая светодиодная с системой трансляции речи и пультом управления в кабине (1200мм х 275мм х 50мм) не менее 116 ДБ. Цвет: синий/синий Маяк проблесковый задний светодиодный - 2 шт. 14. Оборудование. Умывальник с электронасосом подачи воды, встроенными бачками для чистой и использованной воды. Огнетушитель не менее 2л – 1 шт в кабине водителя. Огнетушитель не менее 2л – 1 шт в салоне. Информационные таблички 15. Носилки и приемные устройства Тележка-каталка со съемными носилками, высотой в разложенном состоянии 910 мм. Устройство приемное носилок с поперечным перемещением.		
	Аппарат искусственной вентиляции легких	Платформа обеспечивает надежное крепление аппарата ИВЛ с дыхательным контуром пациента; кислородного баллона, емкостью 2 л; кислородного редуктора; напорного кислородного шланга - Наличие Платформа отвечает требованиям международных стандартов EN 1789& 2007 'RTCADO 160E - Соответствие Возможность крепления платформы к стене салона автомобиля скорой помощи, на вертикальных поверхностях салона вертолета (наличие крепящейся платформы и крепежей в комплекте) - Наличие Размеры платформы в мм (длина х высота х ширина) - 465 х 295 х 145 Масса платформы без медицинского оборудования - 3,1 кг Масса платформы с медицинским оборудованием - 11,0кг. Возможность переноски платформы медицинским персоналом с помощью только одной руки - Наличие Разъем для подзарядки аппарата ИВЛ от внешнего источника электроснабжения 12 V (пост.) от прикуривателя, I макс. = 8 А – Наличие Возможность подзарядки от 220 В - в наличие. Баллон кислородный, объемом 2 л - Наличие Редуктор кислородный с манометром с рабочим давлением газа на выходе 4,5±0,5 атм и потоком 120	12 (двенадцать единиц) комплекс	

	л/мин, с возможностью ингаляции кислородом, редуционным клапаном- Наличие Шланг напорный (от редуктора кислородного к аппарату ИВЛ) - Наличие Защитная сумка-переноска с плечевым ремнем - Наличие Аппарат ИВЛ (кислородный модуль) - Наличие Вентиляция у детей (от 10 кг массы тела) - Наличие Вентиляция у взрослых – Наличие Размеры ИВЛ 345 мм x 163 мм x 149 мм, вес 4,4 кг Диапазон температур применения аппарата От -18С до + 50С Диапазон температур хранения аппарата От -30С до +70С Диапазон допустимой влажности при хранении От 15% до 95% Диапазон допустимого атмосферного давления при эксплуатации От 54 кПа до 110 кПа Встроенная батарея - Наличие Применяемое напряжение 12V - 15V DC Цветной дисплей, размеры 7” по диагонали - Наличие Возможность вывода на экран до 3 параметров ИВЛ в виде кривых - Наличие Возможность включения безбликового («ночного») режима работы дисплея - Наличие Разрешающая способность экрана дисплея: 800 x 480 пиксель - Наличие Возможность проведения преоксигенации (ингаляции O₂) с потоком до 15 л в мин. - Наличие Проведение ИВЛ чистым кислородом - Наличие Проведение ИВЛ смесью кислород/воздух (диапазон регулировок концентрации кислорода от 40 до 100%) - Наличие Давление кислорода на входе в аппарат 2,7 – 6,0 атм Минимальный поток кислорода на входе в аппарат - 145 л в мин Возможность установки встроенного капнографа (как опция) – Опция не входит в комплект поставки. Точность измерений концентрации углекислого газа в выдыхаемом воздухе $\pm 0,45$ об% Ожидаемый срок работы батареи - 5 лет Возможность замены израсходованной батареи на заряженную без длительной остановки ИВЛ - Наличие Возможность зарядки батареи от внешнего источника без демонтажа с аппарата - Наличие Индикатор остаточного заряда батареи - Наличие Режимы ИВЛ: IPPV, SIMV, PCV, BiLevel, CPAP+ASB, S-IPPV, PRVC Возможность проведения ИВЛ как по инвазивной, так и по неинвазивной методике во всех вышеперечисленных режимах - Наличие Наличие экстренного режима начала ИВЛ, с использованием заводских предустановок параметров, - для следующих возрастных групп: дети младшего возраста (масса тела около 10 кг); дети среднего возраста (масса тела около 25 кг), взрослые (около 75 кг) - Наличие		
--	--	--	--

		Тип управления работой аппарата ИВЛ: Электронный, микропроцессорный Привод: Пневматический Ручная регулировка минутного объема - Наличие Ручная регулировка частоты дыхания - Наличие Ручная регулировка потока дыхательной смеси на вдохе - Наличие Триггерное переключение фаз вдох : выдох - Наличие Диапазон регулировок чувствительности триггера переключения фаз вдох : выдох: на вдох 1-15 л в мин; на выдох – от 5 до 50% от максимального потока на вдохе - Наличие Параметры вентиляции: Максимальный поток газа на вдохе: 80 л/мин Диапазон регулировок частоты искусственных вдохов: 3 - 60 дыханий/мин Диапазон регулировок дыхательного объема(вдоха): 50-2000 мл Максимальное регулируемое давление вдоха: 0 до 60 мбар Диапазон соотношений времени вдох/выдох: От 4:1 до 1:4 Минимальная концентрация кислорода при использовании воздушного миксера: 40% Тревоги: Оптические - Наличие Звуковые- Наличие Рассоединение элементов дыхательного контура, отсутствие импульса- Наличие Стеноз- Наличие Разряд аккумулятора, системная ошибка- Наличие Падение кислородного давления питания: Ниже, чем 2,7 бар Время отключения акустической тревоги при неустраненной причине: 30 сек Возможность отключение оптической тревоги при неустраненной причине: Только после устранения причины возникновения тревоги Возможность отключения звуковой тревоги: Наличие В комплект поставки входит многоразовый контур пациента, маска лицевая для ИВЛ у взрослых и детей.		
	Транспортный отсос)	Транспортный отсос должен приводится в действие от встроенного подзаряжаемого аккумулятора или от внешнего источника постоянного напряжения 12,0 - 13,8В. Регулятор вакуума устанавливает необходимый вакуум в диапазоне от - 0,05 бар до - 0,8бар. Удовлетворяет стандартам EN60601-1, EN ISO 10079-1, EN 1789/ Электрические параметры 50Вт, 12В, 3,7А. Тип аккумулятора должен быть - никель-кадмиевый, срок службы аккумулятора должно быть не менее- 400 циклов зарядки-разрядки в течение прибл. 3 лет. Габаритный размеры должны быть не менее (мм) 370х 280х140. Вес должен быть не более 5,1кг. Объем сборного стакана (контейнера) не менее 900мл.	12 (двенадцать единиц) комплекс	

2. Заявки на участие в тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в ценовом предложении:

№	Наименование потенциального поставщика	Адрес	Дата и время предоставления
1	ТОО «ABM-Medicus»	г.Астана район Есиль ул.А Бокейхан д. 19 кв1 8(7172)286890	10.12.18 12:30
2	ТОО «Алтынмед»	г.Астана ул. Петрова 18/1 офис2 8(7172)472544	10.12.2018 12:40

ВНИМАНИЮ ПОБЕДИТЕЛЯ!

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:

1) заявку на участие в тендере в соответствии с приложением 2 к настоящим Правилам. На электронном носителе в обязательном порядке представляется опись прилагаемых к заявке документов по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

2) документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к потенциальному поставщику:

копии лицензий, подтверждающих право потенциального поставщика на производство и (или) оптовую, розничную реализацию лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, и (или) талон уполномоченного органа в области здравоохранения о приеме уведомления или копию уведомления с отметкой о приеме центром обслуживания населения, или талон в форме электронного документа на оптовую, розничную реализацию медицинской техники и изделий медицинского назначения;

нотариально засвидетельствованную копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица, выданного соответствующим государственным органом (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

оригинал или нотариально засвидетельствованную копию аудиторского отчета за последний финансовый год юридических лиц, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита. В случае, если вскрытие конвертов происходит в срок до 1 июня текущего года, то представляются оригинал или нотариально засвидетельствованная копия аудиторского отчета за финансовый год, предшествующий последнему финансовому году;

нотариально засвидетельствованную копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации

(перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

нотариально засвидетельствованную копию Устава для юридического лица (в случае, если в Уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, также предоставляется выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или нотариально засвидетельствованная копия учредительного договора);

оригинал справки об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям по Республике Казахстан более чем за три месяца, выданной не позднее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками, за исключением случаев, когда срок уплаты отсрочен в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан, заверяется подписью руководителя, либо заместителя руководителя и печатью данного налогового органа. При передаче указанной справки в электронном виде заверяется электронной цифровой подписью уполномоченного органа;

оригинал справки банка или филиала банка с подписью и печатью, в которых обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств потенциального поставщика, длящейся более трех месяцев, предшествующих дате выдачи справки, перед банком или филиалом банка согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением правления Национального Банка Республики Казахстан, в соответствии с приложением 4 к настоящим Правилам (в случае, если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или филиалов банка, а также иностранного банка, данная справка представляется от каждого из таких банков или филиалов банка). Справка должна быть выдана не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов с тендерными заявками. Отсутствие документа, подтверждающего полномочие должностного лица, подписавшего справку, не является основанием для признания такого потенциального поставщика не соответствующим квалификационным требованиям;

сведения о наличии и количестве специалистов с указанием их квалификации, стажа работы по специальности;

в случае, если потенциальный поставщик предусматривает использование преимущественного права, то им представляется нотариально засвидетельствованная копия сертификата о соответствии объекта требованиям надлежащей производственной практики (GMP) при закупе лекарственных средств и заключении долгосрочных договоров поставки лекарственных средств, изделий медицинского назначения и/или надлежащей дистрибьюторской практики (GDP) при закупе лекарственных средств, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

в случае, если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан, то представляется оригинал или нотариально засвидетельствованная копия справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик-нерезидент Республики Казахстан и не состоит на налоговом учете;

3) предлагаемую потенциальным поставщиком таблицу цен, представленную согласно приложению 5 к настоящим Правилам, которая должна содержать все фактические затраты потенциального поставщика, составляющие конечную цену поставляемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая стоимость сопутствующих услуг;

4) технические спецификации с указанием точных технических характеристик предлагаемого товара на бумажном носителе, при предложении медицинской техники - на электронном носителе (в формате *.doc).

5) предлагаемые сопутствующие услуги;

6) оригинал документа, подтверждающего внесение обеспечения тендерной заявки;

7) документы, подтверждающие соответствие предлагаемых лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг требованиям, предусмотренным настоящими Правилами;

7-1) акт проверки наличия условий для хранения и транспортировки лекарственных средств, выданный территориальными подразделениями уполномоченного органа в сфере обращения лекарственных средств, при необходимости наличия "холодовой цепи", выданный органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора (акты должны быть выданы не позднее одного года до даты вскрытия конвертов с заявками);

8) другие документы, необходимые для представления в соответствии с тендерной документацией.

Сноска. Пункт 39 с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РК от 26.05.2010 № 474 (порядок введения в действие см. п. 2); от 27.08.2010 № 844 (порядок введения в действие см. п. 2); от 22.02.2011 № 163; от 31.08.2011 № 983(вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования); от 08.11.2012 № 1415(вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования); от 21.12.2012 № 1649(вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования); от 06.06.2013 № 582(вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования); от 16.09.2013 № 964(вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования); от 20.12.2013 № 1363(вводится в действие с 01.01.2014); от 04.07.2014 № 767 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); от 08.07.2015 № 515 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

40. Тендерная заявка потенциального поставщика лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения, за исключением потенциального поставщика фармацевтических услуг, а также кроме документов, предусмотренных пунктом 39 настоящих Правил, должна содержать следующие документы:

1) нотариально засвидетельствованные копии договоров (с указанием объемов и перечнем лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения) с производителями либо официальными представителями производителя лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов и/или изделий медицинского назначения;

1-1) оригинал или нотариально засвидетельствованная копия (в случае необходимости также нотариально засвидетельствованный перевод) документа, подтверждающего статус производителя либо официального представителя производителя предлагаемых к закупу лекарственных средств, изделий медицинского назначения, выданного в текущем году с указанием способа закупа проводимого единым дистрибьютором предшествующей дате вскрытия конвертов с тендерными заявками по торговым наименованиям.

Пазилов С.Б.

Лазарев А.Ю

Бурда П.А.



Главный врач

Заместитель главного
Врача по МЧ

Заместитель главного
Врача по ГО и ЧС

Председатель
комиссии;

Заместитель
председателя
комиссии;

Член комиссии;

Несипбаев Е.Ж.		Заместитель главного Врача по АХЧ	Член комиссии;
Жакешбаев Н.А.		Заместитель главного Врача по ОМР	Член комиссии;
Каракожаев Е.К.		Руководитель отдела ГЗ и ПО	Член комиссии;
Толочный А.А.		Руководитель отдела экономики и бюджетного планирования	Член комиссии;
Мустафин Г.Е.		Главный инженер ГКС АП СМП	Член комиссии;
Драгой А.В.		Начальник эксплуатации ГКС АП СМП	Член комиссии;
Секретарь комиссии		Бухгалтер государственным закупкам	Джумабеков М.А.